

Q.11. Os injetáveis exclusivamente de progestágeno devem ser fornecidos se medidas de prevenção de infecções não podem ser seguidas?

Recomendações	Racionalidade
<p>a) Não.</p> <p>Todos os locais que oferecem anticoncepcionais injetáveis exclusivamente de progestágeno devem seguir medidas básicas para prevenção de infecções consistentemente, incluindo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • técnica asséptica (inclusive a limpeza do local da injeção exclusivamente de progestágeno); • agulhas e seringas estéreis (são preferíveis as agulhas/seringas de uso único, descartáveis); • se a esterilização de agulhas reutilizáveis é impossível, a descontaminação com cloro, seguida de desinfecção a alto nível - se realizados corretamente - podem ser usados; e • a eliminação segura de agulhas/seringas de uso único. 	<p>a) Sendo que a injeção de um anticoncepcional esteróide, tal como Depo Provera® penetra a barreira protetiva da pele, uma técnica asséptica cuidadosa precisa ser obedecida para evitar infecções. Um tipo de infecção associado com este processo é um abscesso no local da injeção, frequentemente causado pela flora normal da pele (estaf e estrep). A preparação rigorosa da pele, antes da injeção exclusivamente de progestágeno removerá a maioria dos microrganismos da pele da cliente, o que ajuda a evitar celulite (infecção da pele) e a formação de abscessos no local da injeção.</p> <p>Outra preocupação é o problema, cada vez maior, de transmissão dos vírus da Hepatite B e AIDS para clientes, provedores e pessoal clínico, especialmente o pessoal de limpeza e manutenção. Para minimizar o risco, sempre quando possível, devem ser utilizadas agulhas/seringas de uso único (descartáveis). Se forem usadas agulhas e seringas reutilizáveis, devem ser descontaminadas imediatamente após o uso mediante a imersão em 0,5% de solução clorada ou outro desinfetante localmente disponível e aprovado. Essas práticas, quando combinadas com a eliminação correta de agulhas e seringas de uso único, protegem o pessoal clínico, especialmente o pessoal de limpeza e manutenção, de adquirir Hepatite B ou AIDS por punturas acidentais de agulhas. Depois da descontaminação, agulhas e seringas reutilizáveis devem ser limpas rigorosamente e finalmente esterilizadas ou desinfetadas a alto nível.</p> <p>1) Tietjen L, Cronin W, McIntosh N. <i>Prevenção de Infecções para Programas de Serviços de Planejamento Familiar: Um Manual de Referência para Resolver Problemas</i>. Baltimore, JHPIEGO Corporation, 1992;16:1-9.</p>